

CONTOUR TS TESTSTRIPS

Toepassing

Contour; zelfcoderende glucoseteststrip voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed. Geschikt voor de Contour startset

Productinformatie

Contour; zelfcoderende glucoseteststrip voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed.



De glucoseteststrip heeft 0.6µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren. De bloeddruppel en/of de controlevloeistof wordt door de teststrip opgezogen. De testduur bedraagt 5 seconden. De teststrip dient samen met de Contour bloedglucosemeter gebruikt te worden. Coderen voorafgaand aan een test is niet nodig: de strip doet dit zelf, automatisch.

Door het gebruik van FAD-GDH techniek zijn de strips niet gevoelig voor interferentie van maltose, galactose, hematocriet, paracetamol, urinezuur, zuurstof etc.

De teststrips dienen bewaard te worden bij een temperatuur tussen +2°C en +32°C, niet invriezen. De teststrips gebruiken bij een temperatuur tussen +5°C en +45°C en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%. Bewaar de teststrips daarom nooit in bijvoorbeeld de badkamer of in de keuken. De teststrips in de originele flacon bewaren en na het openen van de flacon deze onmiddellijk sluiten, zodat de strips droog blijven. De teststrips zijn houdbaar tot de datum aangegeven op de verpakking. Gooi de teststrips weg wanneer ze vervallen zijn.

Specificatie:

- ☐ benodigde hoeveelheid bloed 0.6µl
- ☐ teststrip zuigt bloed/controle vloeistof op
- ☐ testduur 5 seconden
- ☐ te gebruiken met de Contour bloedglucosemeter
- ☐ geen codering nodig
- ☐ geen interferentie van galactose, maltose, paracetamol, hematocriet etc.

Bewaren teststrip:

- ☐ teststrips bewaren bij een temperatuur tussen +2°C en +32°C
- ☐ niet invriezen
- ☐ gebruik de teststrips bij een temperatuur tussen +5°C en +45°C en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%
- ☐ bewaar de teststrips nooit bij een hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid zoals bv. in de badkamer of de keuken
- ☐ bewaar de teststrips in hun originele flacon
- ☐ houdbaar tot de datum aangegeven op de verpakking
- ☐ gebruik de teststrip onmiddellijk, nadat deze uit de flacon is genomen
- ☐ gooi de teststrips weg, als deze vervallen zijn

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3037976	CONTOUR TS TESTSTRIPS BLOEDGLUCOSE 50ST 84239658	50 st.	24 x 50 st.	15959023	