Accu-Chek

ACCU-CHEK INSTANT CONTROLEVLOEISTOF

Toepassing
Vloeistof voor functiecontrole Accu-Chek Instant bloedglucosemeter samen met Accu-Chek Instant glucoseteststrip. Inhoud verpakking: 2.5ml control level 1 en 2.5ml control level 2. Na openen 3 maanden houdbaar.

Productinformatie
Accu-Chek Instant controlevloeistof; voor de functiecontrole van Accu-Chek Instant bloedglucosemeter samen met Accu-Chek Instant glucoseteststrip.

Inhoud verpakking:
2.5ml control level 1 controlevloeistof
2.5ml control level 2 controlevloeistof

Een functiecontrole dient uitgevoerd te worden bij:
in gebruikname van een nieuwe verpakking teststrips
indien de flacon teststrips open heeft gestaan
vermoeden dat de teststrips beschadigd zijn
functiecontrole van de meter en de teststrips
bewaren in extreme temperaturen en/of luchtvochtigheid
vallen van de meter
wanneer meetresultaat niet in overeenstemming is met fysieke toestand
controle of de meting juist uitgevoerd is

Adviezen:
sluit het flesje controlevloeistof na gebruik direct goed af met de dop
schrijf na het openen van een flesje controlevloeistof de datum op het etiket van het flesje, na openen 3 maanden houdbaar, doch uiterlijk op het etiket aangegeven vervaldatum
gebruik geen controlevloeistof, waarvan de vervaldatum of weggooidatum is overschreden
raadpleeg de bijsluiter van de verpakking controlevloeistof voor de bewaarcondities
de meter herkent automatisch het verschil tussen controlevloeistof en bloed
de controlevloeistof bevat een kleurstof, die bij morsen vlekken op weefsels kan veroorzaken, verwijder de vlekken door te wassen met zeep en water

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo